

兰州大学物理科学与技术学院

工作简报

2023年第4期（总第971期）

物理科学与技术学院党政办公室

2023年8月25日

物理院8月实验室安全工作简报

暨2023年8月24日安全检查情况通报

针对学校2023年7月18日实验室安全检查和整改通知，积极进行整改，主要工作为：①将理工楼104实验室的超重仪器搬到榆中校区平房内，制作了混凝土基座增大地板承载面积，专门配电，已经可以使用；②按照整改要求配置了气体报警器；③配备了废液桶等。

2023年8月24日进行了开学前的实验室安全检查，大部分学生8月中旬后回家，还没有返校，除个别实验室干净整洁外，大部分实验室桌面脏乱、有大量浮灰；垃圾桶满溢（离校前未清理）。

现将检查中发现的问题他做如下通报：

一、理工楼 104：设备搬走后实验室卫生需清理



二、理工楼 106：卫生打扫彻底一些，操作台下面杂物
灰尘需清理





三、理工楼 112：折叠床纸箱等需清理




四、理工楼 1404：废液桶需托盘，插线板放在暖气片上



五、理工楼 1417：新买的气瓶需加标签



六、理工楼 1419：电吹风未拔线，废液托盘上放置的垃圾箱，地面有污渍需清理



七、理工楼 103：建议设备放置规划一下，合理美观一点，设备放置区域、安全通道、操作空间等合理布置





八、格致楼 1012-1014：桌面脏乱、废纸箱未清理、气瓶乱放。




九、格致楼 4004：①桌面脏乱（积尘特别厚）、②通风管道随便架设、③门口照明开关面板遗失应尽快报修。





十、格致楼东楼3层走廊南头：堆积大量隔断卡位和办公桌。



另外，针对个别实验室存在的问题提出以写建议（仅供参考），学院或实验室可根据实际情况实施更加切实可行、行之有效的方案。

一、理工楼一楼东面的几个实验室

(110, 111-113, 115-117, 三个房间) 希望物理学院统一清洗一下窗户玻璃, 同时加装窗帘或者加装隔热玻璃贴 (单向透光的), 夏天实验室里面很热。提高实验室的整体工作环境。

二、格致楼 1013 实验室: 建议①加装七氟丙烷灭火器、空调或换气装置, 以降低实验室温度, 30 多度电池容易鼓包、着火; ②加装七氟丙烷灭火器后自习室或办公室应当取消 (里面不坐人)。