

兰州大学物理科学与技术学院

工作简报

2019年第15期 (总第807期)

物理科学与技术学院党政办公室

2019年3月22日

物理学院实验室安全工作简报 ——辐射安全小组专项检查通报

组长：郭党委

组员：唐丽云 覃同

本次检查人员：郭党委 唐丽云 覃同

2019年3月22日(本学期第4周)，学院实验室安全管理工作组“辐射安全小组”对我院实验室辐射安全进行了专项检查，主要检查内容为：辐射剂量，实验室和设备安全管理和使用情况等。相关结果通报如下：

全院辐射相关的实验室共15间，其中格致楼11间、齐云楼1间、榆中贺兰堂3间。本次检查表明，相关场所射线辐射剂量值强度均在安全范围以内，齐云楼相关实验室在0.09-0.10 $\mu\text{Sv/h}$ 之间，齐云楼大厅为0.10 $\mu\text{Sv/h}$ ；格致楼相关实验室在0.14-0.19 $\mu\text{Sv/h}$ 之间，格致楼大厅值为0.15 $\mu\text{Sv/h}$ 。相关实验室及设备管理和使用情况整体良好，基本符合学校和学院要求。格致楼1002实验室管理老师在安全隐患自查自纠中发现辐射剂量实时探测器探头有故障后，积极联系厂家维修，自查自纠落实到位，值得肯定。